



HITACHI نگهداشت دستگاه اتو آنالایزر
در ایام تعطیل



راه های ارتباطی

📞 021_66008379 021_66098362

🌐 www.roshantebsepanta.com

● خاموش کردن دستگاه هیتاچی برای مدت طولانی

- 1- در آخرین روز کاری، پس از اتمام کار و انجام دستور و اش پایان کار، باتل هایترجنت را از جایگاه خود خارج کرده و دوبار دستور water exchange رو اجرا کنید تا تمام هایترجنت موجود در انکوباتور تخلیه شود
- 2- کووت ها را از روی سینی واکنش باز کرده، داخل ظرفی که حاوی محلول 10 درصد هایترجنت است قرار دهید بصورتی که کووت ها در آن غوطه ور باشند
- 3- پس از خاموش کردن دستگاه، سینی های ریجنت را از جایگاه خارج کرده، درب باتل ها را بسته و سینی ها را در یک یخچال دیگر قرار دهید
- 4- کلید یخچال دستگاه رو خاموش کرده و ترجیحا دوشاخه برق دستگاه را نیز از UPS جدا کنید
- 5- درب دستگاه را بسته و دستگاه را کاور کنید

